

Bruxelles, 6 gennaio 2020
(OR. en)

5032/20
ADD 1

ENV 4
MI 4
DELA CT 1

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 dicembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 9061 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 9061 final - ANNEX.

All.: C(2019) 9061 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2019
C(2019) 9061 final

ANNEX

ALLEGATO

della

direttiva delegata della Commissione

che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività

ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/CE, la voce 37 è sostituita dalla seguente:

- "37. Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:
- a) misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;
 - b) misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un'accuratezza di $\pm 1 \%$ dell'intervallo di campionamento congiuntamente a un'elevata resistenza alla corrosione dell'elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:
 - i) soluzioni con acidità $< \text{pH } 1$;
 - ii) soluzioni con alcalinità $> \text{pH } 13$;
 - iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeno;
 - c) misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.

Scade il 31 dicembre 2025."